



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 22 septembre 2023 /cti/sme v233\_BMKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2023-03 anti-HBc IgM

L'échantillon 2023-313 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2023-314 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2023-315 était du matériel anti-HBc IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **21** contrôles de qualité expédiés, **20** participants (**95.24 %**) ont renvoyé les résultats. **20** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

### Anti-HBc IgM

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott HBc IgM, Alinity	5
2 Abbott HBc IgM, Architect	5
3 Beckman Coulter HBc IgM, UniCel	0
4 BioMérieux HBc IgM, Vidas	2
5 Roche HBc IgM, Cobas	7
6 Siemens HBc IgM, Atellica; Centaur	1

### Résultats

	Anti-HBc IgM	Résultat
2023-313	sérum humain négatif	NR
2023-314	sérum humain négatif	NR
2023-315	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 30 octobre 2023**

