



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📍 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 22 septembre 2023 /cti/sme v233\_TOKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2023-03 anti-toxoplasmoses IgG et IgM

L'échantillon 2023-3T1 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM négatif.

L'échantillon 2023-3T2 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM négatif.

L'échantillon 2023-3T3 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **13** contrôles de qualité expédiés, **13** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **12** participants (**92.3 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté des résultats non corrects :

IgG : échantillon 2023-3T1 et 3T2 positif au lieu de négatif, échantillon 2023-3T3 négatif au lieu de positif

IgM : échantillon 2023-3T2 positif au lieu de négatif, échantillon 2023-3T3 négatif au lieu de positif

Toxoplasme Ig ou IgG		Toxoplasme IgM	
Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants	Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott Toxo IgG, Alinity	2	1 Abbott Toxo IgM, Alinity	2
2 Abbott Toxo IgG, Architect	4	2 Abbott Toxo IgM, Architect	4
3 Bio Mérieux Toxo IgG, Vidas	2	3 Bio Mérieux Toxo IgM, Vidas	2
4 DiaSorin Toxo IgG, Liaison	2	4 DiaSorin Toxo IgM, Liaison	2
5 Roche Toxo IgG, Cobas	3	5 Roche Toxo IgM, Cobas	3

### Résultats

	Toxoplasma gondii Ig ou IgG	Toxoplasma gondii IgM
2023-3T1	NR	NR
2023-3T2	NR	NR
2023-3T3	R	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 30 octobre 2023**

