



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📍 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Berne, 22 septembre 2023 /cti/sme V233\_TKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2023-03 syphilis

L'échantillon 2023-310 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):  
TpN47 ++, TpN17 +++, TpN15 ++, TpmA ++.

L'échantillon 2023-311 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):  
TpN47 ++, TpN17 +++, TpN15 ++, TpmA ++.

L'échantillon 2023-312 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **34** contrôles de qualité expédiés, **33** participants (**97.1 %**) ont renvoyé les résultats. **32** participants (**97 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté des résultats non corrects : pour l'échantillon 2023-311 NR au lieu de R (valeur 0.0985) et pour l'échantillon 2023-312 R au lieu de NR (valeur 147).

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

### Treponema pallidum Ig ou IgG

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott Syphilis, Alinity	8
2 Abbott Syphilis, Architect	10
3 DiaSorin Trep/Siemens Trep, Liaison	2
4 NewbioTPHA, Newmarket	1
5 Roche Syphilis, Cobas	12
6 Siemens Syphilis, Atellica	1

### Résultats

	Syphilis (Lues)	Résultat
2023-310	sérum humain positif	R
2023-311	sérum humain positif	R
2023-312	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 30 octobre 2023**

