



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 22 septembre 2023 /cti/sme V233_VKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2023-03 anti-VIH-1/2

L'échantillon 2023-307 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):
sgp120 ++, gp41 ++, p31 -, p24 +/-, p17 -, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2023-308 était un sérum d'origine humaine anti-VIH et Ag VIH p24 négatif.

L'échantillon 2023-309 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):
sgp120 -, gp41 +, p31 -, p24 ++, p17 -, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **82** contrôles de qualité expédiés, **81** participants (**98.8 %**) ont renvoyé les résultats. **80** participants (**98.8 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté des résultats non corrects. Pour l'échantillon 2023-308 R au lieu de NR (valeur 156.4) et pour l'échantillon 2023-309 NR au lieu de R (valeur 0.29).

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

VIH-1/2 + Ag VIH p24

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott HIV, Alinity	11
2 Abbott HIV, Architect	21
3 Abbott HIV, Schnelltest; Early Detect	3
4 Bio Mérieux HIV, Vidas	3
5 Bio Rad HIV, UniCel	0
6 DiaSorin HIV, Liaison	1
7 Fujirebio Inno-Lia HIV	1
8 Roche HIV, Cobas	36
9 Siemens HIV, Atellica; Centaur	4
10 Bio Rad Genie Fast HIV 1/2	1

Résultats

	VIH-1/2	Résultats
2023-307	sérum humain positif	R
2023-308	sérum humain négatif	NR
2023-309	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise



Envoi du prochain contrôle de qualité: 30 octobre 2023