



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📍 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 8 décembre 2023 /cti/sme

V234_CKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2023-04 anti-VHC

L'échantillon 2023-401 était un sérum d'origine humaine, anti-VHC réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot Innolia les bandes et réactions suivantes : C1 ++, C2 +, E2 -, NS3 +++, NS4 -, NS5 -.

L'échantillon 2023-402 était un sérum d'origine humaine, anti-VHC réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot Innolia les bandes et réactions suivantes : C1 ++, C2 +, E2 -, NS3 +++, NS4 +, NS5 ++.

L'échantillon 2023-403 était du sérum d'origine humaine, anti-VHC négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **61** contrôles de qualité expédiés, **61** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **61** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

VHC Ig ou IgG

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott HCV, Alinity	11
2 Abbott HCV, Architect	18
3 Bio Mérieux HCV, Vidas	1
4 Bio Rad HCV, UniCel	0
5 DiaSorin HCV, Liaison	1
6 Roche HCV, Cobas	25
7 Siemens HCV, Atellica; Centaur	4
8 Beckmann HCV Ab plus, Access	1

Résultats

	VHC Ig ou IgG	Résultat
2023-401	sérum humain positif	R
2023-402	sérum humain positif	R
2023-403	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 29 janvier 2024

