



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Berne, 8 décembre 2023 /cti/sme V234\_TKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2023-04 syphilis

L'échantillon 2023-410 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):  
TpN47 ++, TpN17 ++, TpN15 ++, TpmA ++.

L'échantillon 2023-411 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* négatif.

L'échantillon 2023-412 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):  
TpN47 ++, TpN17 +++, TpN15 +++, TpmA ++.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **34** contrôles de qualité expédiés, **34** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **34** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

### Treponema pallidum Ig ou IgG

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott Syphilis, Alinity	8
2 Abbott Syphilis, Architect	10
3 DiaSorin Trep/Siemens Trep, Liaison	2
4 NewbioTPHA, Newmarket	1
5 Roche Syphilis, Cobas	12
6 Siemens Syphilis, Atellica	1

### Résultats

	Syphilis (Lues)	Résultat
2023-410	sérum humain positif	R
2023-411	sérum humain négatif	NR
2023-412	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 29 janvier 2024**

