



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Immuno-hématologie

✉ Murtenstrasse 133 | Case postale | 3001 Berne

📠 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

itransfusion.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Sylvia Meyer, Administration

D +41 31 384 23 08

Berne, 9 mai 2025 cni/sme – Ss25-2F

Clé des résultats contrôle de qualité immuno-hématologie 2025-02

Groupes sanguins ABO et facteurs Rhésus

	Donneur 2025-21				Donneur 2025-22				Patient 2025-23			
Groupe Sanguin résultat final	AB ☐	A ☐	B ☒	O ☐	AB ☐	A ☐	B ☒	O ☐	AB ☐	A ☐	B ☒	O ☐
RhD	pos ☒	neg ☐	D ^{weak} ☐	D ^{variant} ☐	pos ☒	neg ☐	D ^{weak} ☐	D ^{variant} ☐	pos ☒	neg ☐	D ^{weak} ☐	D ^{variant} ☐
Rh-Phénotype	C ☒	c ☒	E ☐	e ☒	C ☒	c ☒	E ☐	e ☒	C ☒	c ☐	E ☐	e ☒

→ Les isoagglutinines sont toujours clairement identifiables. Si ce n'est pas le cas, l'analyse a été effectuée à partir du mauvais tube.

→ Les isoagglutinines ne peuvent pas être déterminées à partir du tube de sérum, mais à partir du surnageant des cellules des 3 tubes.

Recherche anticorps

	Résultat	
Sérum patient 2025-23	négatif ☐	positif ☒

Spécification des anticorps		
anti-K		

Test de compatibilité

	2025-23 Sérum patient		
IAT	négatif	faiblement positif	positif
Ec donneur 2025-21	☒	☐	☐
Ec donneur 2025-22	☐	☐	☒

Remarques

na