



**Interregionale Blutspende SRK AG**  
Ringversuchszentrum | Administration  
✉ Postfach | 3001 Bern  
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Bern  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Bern, 6. Dezember 2024 /cti/sme V244\_BMKD

## Kommentar / Auswertung Ringversuch 2024-04 anti-HBc IgM

Die Probe 2024-413 bestand aus anti-HBc IgM negativem Material.

Die Probe 2024-414 bestand aus anti-HBc IgM positivem Material.

Die Probe 2024-415 bestand aus anti-HBc IgM negativem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

### **Kommentar**

Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **8** verschickten Ringversuchen wurden **8 (100 %)** Resultate zurückgeschickt. Bei **8 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

**Die Teilnehmer werden aufgefordert, nicht nur die Rohdaten anzugeben, sondern auch die Beurteilung auszufüllen.**

### **Anti-HBc IgM**

Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer
1 Abbott HBc IgM, Alinity	1
2 Abbott HBc IgM, Architect	2
3 Roche HBc IgM, Cobas	4
4 Siemens HBc IgM, Atellica; Centaur	1

## Resultate

	Anti-HBc IgM	Resultat
2024-413	negatives Humanserum	NR
2024-414	positives Humanserum	R
2024-415	negatives Humanserum	NR

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

