



**Interregionale Blutspende SRK AG**  
Ringversuchszentrum | Administration  
✉ Postfach | 3001 Bern  
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Bern  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Bern, 2. Juni 2023 /cti/sme

V232\_CMKD

## Kommentar / Auswertung Ringversuch 2023-02 CMV Ig oder IgG und IgM

Die Probe 2023-2C1 bestand aus anti-CMV IgG und anti-CMV IgM positivem Material.  
Die Probe 2023-2C2 bestand aus anti-CMV IgG positivem und anti-CMV IgM negativem Material.  
Die Probe 2023-2C3 bestand aus anti-CMV IgG und anti-CMV IgM negativem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

### **Kommentar**

Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **24** verschickten Ringversuchen wurden **24 (100 %)** Resultate zurückgeschickt. Bei **24 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

CMV Ig oder IgG		CMV IgM	
Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer	Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer
1 Abbott CMV, Alinity	5	1 Abbott CMV, Alinity	4
2 Abbott CMV, Architect	6	2 Abbott CMV, Architect	6
3 Bio Mériex CMV, Vidas	3	3 Bio Mériex CMV, Vidas	3
4 DiaSorin CMV, Liaison	4	4 DiaSorin CMV, Liaison	4
5 Roche CMV, Cobas	6	5 Roche CMV, Cobas	6

### Resultate

	CMV Ig oder IgG	CMV IgM
2023-2C1	R	R
2023-2C2	R	NR
2023-2C3	NR	NR

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

**Versand des nächsten Ringversuchs: 14. August 2023**

