



Kommentar / Auswertung Ringversuch 2023-01 HCV Ig oder IgG

Die Probe 2023-101 bestand aus HCV-negativem Humanserum.

Die Probe 2023-102 bestand aus einem bestätigt HCV-positiven Humanserum und zeigte im InnoLIA Immunoblot folgendes Bandenmuster: C1 +/-, C2 -, E2 -, NS3 +++, NS4 +++, NS5 ++.

Die Probe 2023-103 bestand aus einem bestätigt HCV-positiven Humanserum und zeigte im InnoLIA Immunoblot folgendes Bandenmuster: C1 ++, C2 ++, E2 +/-, NS3 +++, NS4 ++, NS5 -.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar

Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **62** verschickten Ringversuchsproben wurden **62 (100 %)** Resultate zurückgeschickt. Bei **62 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

Die Teilnehmer werden aufgefordert, nicht nur die Rohdaten anzugeben, sondern auch die Beurteilung auszufüllen.

HCV Ig oder IgG

Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer
1 Abbott HCV, Alinity	9
2 Abbott HCV, Architect	20
3 Bio Mériex HCV, Vidas	1
4 Bio Rad HCV, UniCel	1
5 DiaSorin HCV, Liaison	2
6 Roche HCV, Cobas	25
7 Siemens HCV, Atellica; Centaur	4

Resultate

	HCV Ig oder IgG	Resultat
2023-101	negatives Humanserum	NR
2023-102	positives Humanserum	R
2023-103	positives Humanserum	R

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

Versand des nächsten Ringversuchs: 24. April 2023

