



## Kommentar / Auswertung Ringversuch 2023-02 HCV Ig oder IgG

Die Probe 2023-201 bestand aus einem bestätigt HCV-positiven Humanserum und zeigte im InnoLIA Immunoblot folgendes Bandenmuster: C1 +++, C2 ++, E2 ++, NS3 +++++, NS4 +, NS5 +.

Die Probe 2023-202 bestand aus HCV-negativem Humanserum.

Die Probe 2023-203 bestand aus einem bestätigt HCV-positiven Humanserum und zeigte im InnoLIA Immunoblot folgendes Bandenmuster: C1 ++, C2 ++, E2 -, NS3 +++, NS4 -, NS5 -.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

### **Kommentar**

Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **62** verschickten Ringversuchsproben wurden **61 (98.4 %)** Resultate zurückgeschickt. Bei **61 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

**Die Teilnehmer werden aufgefordert, nicht nur die Rohdaten anzugeben, sondern auch die Beurteilung auszufüllen.**

### **HCV Ig oder IgG**

Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer
1 Abbott HCV, Alinity	11
2 Abbott HCV, Architect	18
3 Bio Mériex HCV, Vidas	2
4 Bio Rad HCV, UniCel	1
5 DiaSorin HCV, Liaison	1
6 Roche HCV, Cobas	24
7 Siemens HCV, Atellica; Centaur	4

### **Resultate**

	HCV Ig oder IgG	Resultat
2023-201	positives Humanserum	R
2023-202	negatives Humanserum	NR
2023-203	positives Humanserum	R

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

**Versand des nächsten Ringversuchs: 14. August 2023**

