



Interregionale Blutspende SRK AG
Ringversuchszentrum | Administration
✉ Postfach | 3001 Bern
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Bern, 22. September 2023 /cti/sme V233_RUKD

Kommentar / Auswertung Ringversuch 2023-03 Rötelnvirus Ig oder IgG und IgM

Die Probe 2023-3R1 bestand aus Rubella IgG positivem und Rubella IgM negativem Material.

Die Probe 2023-3R2 bestand aus Rubella IgG und Rubella IgM positivem Material.

Die Probe 2023-3R3 bestand aus Rubella IgG und Rubella IgM negativem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar

Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **19** verschickten Ringversuchen wurden **19 (100 %)** Resultate zurückgeschickt. Bei **18 (94.7 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

Ein Teilnehmer ermittelte fehlerhafte Resultate:

IgG: Probe 2023-3R1 und 3R2 negativ statt positiv, Probe 2023-3R3 positiv statt negativ

IgM: Probe 2023-3R2 negativ statt positiv, Probe 2023-3R3 positiv statt negativ

Rubella Ig oder IgG		Rubella IgM	
Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer	Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer
1 Abbott Rubella IgG, Alinity	3	1 Abbott Rubella IgM, Alinity	3
2 Abbott Rubella IgG, Architect	4	2 Abbott Rubella IgM, Architect	3
3 Bio Mériex Rubella IgG, Vidas	1	3 Bio Mériex Rubella IgM, Vidas	1
4 DiaSorin Rubella IgG, Liaison	3	4 DiaSorin Rubella IgM, Liaison	2
5 Roche Rubella IgG, Cobas	8	5 Roche Rubella IgM, Cobas	7

Resultate

	Rubella Ig oder IgG	Rubella IgM
2023-3R1	R	NR
2023-3R2	R	R
2023-3R3	NR	NR

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone um Cutoff

Versand des nächsten Ringversuchs: 30. Oktober 2023

