



Kommentar / Auswertung Ringversuch 2023-01 Toxoplasma gondii Ig oder IgG und IgM

Die Probe 2023-1T1 bestand aus Toxo IgG und Toxo IgM positivem Material.

Die Probe 2023-1T2 bestand aus Toxo IgG positivem und Toxo IgM negativem Material.

Die Probe 2023-1T3 bestand aus Toxo IgG und Toxo IgM negativem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar

Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **13** verschickten Ringversuchen wurden **13 (100%)** Resultate zurückgeschickt. Bei **13 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

Toxoplasmose Ig oder IgG		Toxoplasmose IgM	
Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer	Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer
1 Abbott Toxo IgG, Alinity	2	1 Abbott Toxo IgM, Alinity	2
2 Abott Toxo IgG, Architect	4	2 Abbott Toxo IgM, Architect	4
3 Bio Mériex Toxo IgG, Vidas	2	3 Bio Mériex Toxo IgM, Vidas	2
4 DiaSorin Toxo IgG, Liaison	2	4 DiaSorin Toxo IgM, Liaison	2
5 Roche Toxo IgG, Cobas	3	5 Roche Toxo IgM, Cobas	3

Resultate

	Toxoplasma gondii Ig oder IgG	Toxoplasma gondii IgM
2023-1T1	R	R
2023-1T2	R	NR
2023-1T3	NR	NR

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

Versand des nächsten Ringversuchs: 24. April 2023