



Interregionale Blutspende SRK AG

Ringversuchszentrum Immunhämatologie

✉ Murtenstrasse 133 | Postfach | 3001 Bern

📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Bern

✉ itransfusion.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Sylvia Meyer, Administration

D +41 31 384 23 08

Bern, 14. Februar 2025 cni/sme – Ss25-1D

Schlüssel Ringversuch 2025-01 für Immunhämatologie

ABO-Blutgruppen und Rh-Bestimmung

	Spender 2025-11				Spender 2025-12				Patient 2025-13			
Blutgruppe Endresultat	AB ☐	A ☐	B ☐	O ☒	AB ☐	A ☐	B ☐	O ☒	AB ☐	A ☐	B ☐	O ☒
RhD	pos ☒	neg ☐	D ^{weak} ☐	D ^{variant} ☐	pos ☒	neg ☐	D ^{weak} ☐	D ^{variant} ☐	pos ☒	neg ☐	D ^{weak} ☐	D ^{variant} ☐
Rh-Phänotyp	C ☒	c ☐	E ☐	e ☒	C ☒	c ☒	E ☐	e ☒	C ☒	c ☒	E ☐	e ☒

→ Die Isoagglutinine sind immer eindeutig bestimmbar. Sollte dies nicht der Fall sein, wurde die Analyse aus dem falschen Röhrchen durchgeführt.

→ Isoagglutinine können nicht aus dem Serumröhrchen bestimmt werden, sondern aus dem Überstand der Zellen aller 3 Röhrchen.

Antikörpersuchtest

	Resultat	
Serum Patient 2025-13	negativ ☐	positiv ☒

Antikörperspezifizierung		
Anti-Jk ^a		

Verträglichkeitsprüfung

	2025-13 Serum Patient		
IAT	negativ	schwach positiv	positiv
Ec Spender 2025-11	☐	☐	☒
Ec Spender 2025-12	☒	☐	☐

Bemerkungen

na