



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

itransfusion.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 19 septembre 2025 /cni/sme V25-3_SKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2025-03 d'immuno-hématologie

1. Spécimen et résultats

Sauf indication spéciale, il s'agit d'érythrocytes de donneurs ainsi que de plasma ou de sérum, prélevés, préparés, testés et stockés selon les prescriptions STS CRS. Tous les échantillons démontrent un résultat négatif pour anti-VIH, VIH-PCR, anti-VHC, VHC-PCR et AgHBs.

La détermination des résultats a été faite par test en tube ainsi que par test en gel ID (DiaMed). L'homogénéité et la stabilité ont été déterminées et interprétées selon les prescriptions internes.

1.1 Contrats de sous-traitance

Le remplissage, l'étiquetage et l'emballage des échantillons sont confiés, par contrat de sous-traitance, à la société Medion Diagnostics SA à Düringen. Cette entreprise est certifiée selon la norme ISO 13485.

Pour confirmer les valeurs cibles des essais d'aptitude en immunohématologie, l'institut de médecine transfusionnelle et d'hématologie de Baden-Baden effectue au préalable les mêmes analyses. Cet institut est accrédité selon la norme ISO 15189.

Suspensions érythrocytaires patients et donneurs

Résultats		Groupe sanguin	RhD	Rh-Phénotype
Donneur	2025-31	A	pos	Ccee
Donneur	2025-32	A	pos	Ccee
Patient	2025-33	A	pos	Ccee

Sérum patient

Résultats		Titre de l'anticorps au délai d'envoi	
		test en gel ID	
anti-s	2025-33	1:4	

2. Participants

Inscriptions	Participants	Réponses reçues	
		Nombre	%
Participants (total)	165	165	100
Groupes sanguins ABO et facteurs Rhésus	165	165	100
Recherche anticorps	165	162	98.2
Test de compatibilité	118	117	99.2
Spécifications des anticorps	38	37	97.4





3. Evaluation des analyses

Groupes ABO RhD		AB0	RhD	Réponses reçues	Fausses déterminations	
				N	N	%
Donneur	2025-31	A	pos	165	0	0
Donneur	2025-32	A	pos		0	0
Patient	2025-33	A	pos		2	1.2

Rh-Phénotype		Rh-Phénotype	Réponses reçues	Fausses déterminations	
			N	N	%
Donneur	2025-31	Ccee	161	0	0
Donneur	2025-32	Ccee		1	0.6
Patient	2025-33	Ccee		2	1.2

Test de compatibilité		Résultat	Réponses reçues	Fausses déterminations en IAT	
			N	N	%
Donneur	2025-31	positif	117	0	0
Donneur	2025-32	négatif		0	0

Recherche anticorps		Résultat	Réponses reçues	Fausses déterminations	
			N	N	%
Patient	2025-33	positif	162	2	1.2

Spécification des anticorps		Résultat	Réponses reçues	Fausses déterminations	
			N	N	%
Patient	2025-33	anti-s	37	0	0

4. Commentaire

Le 3^{ème} contrôle de qualité d'immuno-hématologie en 2025 présente un résultat satisfaisant.

Une information individuelle a lieu lors de déviations aux résultats attendus.

Envoi du prochain contrôle de qualité: 27 octobre 2025